

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Стандартный образец СО-2



Стандартный образец СО-2 применяют при контроле ультразвуковым дефектоскопом изделий из малоуглеродистой и низколегированной сталей для определения:

- условной чувствительности;
- мертвой зоны;
- погрешности глубиномера;
- угла ввода луча;
- ширины основного лепестка диаграммы направленности;
- импульсного коэффициента преобразования;
- предельной чувствительности.

Комплект поставки:

Образец СО-2, паспорт, свидетельство о поверке.

Технические характеристики:

изготовлен из стали марки 20 или из стали марки 3 по ГОСТ 14637;

скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 20 ± 5 °C составляет 5900 ± 59 м/с;

время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 20 ± 1 мкс;

геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01