

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Меры твердости МТР-1 по Роквеллу (HRC)



Меры твердости МТР-1 по Роквеллу (HRC)

Меры твердости образцовые МТР-1 по Роквеллу (ГОСТ 9031-75) 2-го разряда.

Являются средством измерения, позволяющим подтвердить правильность измерений любыми стационарными или переносными динамическими и ультразвуковыми твердомерами.

Образцовые меры твердости МТР-1 сертифицированы, внесены в Государственный реестр средств измерений России и имеют первичную поверку.

Периодическая поверка мер твердости МТР-1 осуществляется органами Государственной метрологической службы, аккредитованными на право поверки средств измерения твердости. Поверка меры твердости Роквелла МТР осуществляется раз в 2 года.

Меры твердости МТР-1 поставляются комплектами.

Значение твердости по ГОСТ 9031-75	Нагрузка, кг	Размах значений твердости	Размер, мм
HRA: 83±3	60	0,6 HRA	60x40x6
HRB: 90±10	100	1,2 HRB	60x40x6
HRC: 65±5	150	0,5 HRC	60x40x6
HRC: 45±5	150	0,8 HRC	60x40x10
HRC: 25±5	150	1,1 HRC	60x40x10

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01