

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Меры твердости МТВ-1 по Виккерсу (HV)



Меры твердости МТВ-1 по Виккерсу (HV)

Меры твердости образцовые МТВ-1 по Виккерсу (ГОСТ 9031-75) 2-го разряда.

Эталонные меры твердости МТВ-1 являются единственным средством измерения, позволяющим подтвердить правильность измерений любыми стационарными или переносными динамическими и ультразвуковыми твердомерами.

Образцовые меры твердости МТВ-1 сертифицированы, внесены в Государственный реестр средств измерений России и имеют первичную поверку.

Периодическая поверка мер твердости МТВ-1 осуществляется органами Государственной метрологической службы, аккредитованными на право поверки средств измерения твердости. Поверка меры твердости Виккерса МТВ осуществляется раз в 2 года.

Меры твердости МТВ-1 поставляются комплектами.

Технические характеристики

Значение твердости по ГОСТ 9031-75	Нагрузка, кг	Размах значений твердости	Размер, мм
HV: 800±50	100	2,0%	60x40x6
HV: 800±50	50	2,0%	60x40x6
HV: 800±50	30	2,0%	60x40x6
HV: 800±50	20	2,0%	60x40x6
HV: 800±50	10	3,0%	60x40x6
HV: 800±50	5	3,0%	60x40x6
HV: 800±50	3	3,0%	60x40x6
HV: 800±50	2	3,0%	60x40x6
HV: 800±50	1	5,0%	60x40x6
HV: 800±50	0,5	5,0%	60x40x6
HV: 800±50	0,3	5,0%	60x40x6
HV: 800±50	0,2	5,0%	60x40x6
HV: 450±75	100	2,0%	60x40x6
HV: 450±75	50	2,0%	60x40x6
HV: 450±75	30	2,0%	60x40x6
HV: 450±75	20	2,0%	60x40x6
HV: 450±75	10	3,0%	60x40x6

HV: 450±75	5	3,0%	60x40x6
HV: 450±75	3	3,0%	60x40x6
HV: 450±75	2	3,0%	60x40x6
HV: 450±75	1	5,0%	60x40x6
HV: 450±75	0,5	5,0%	60x40x6
HV: 450±75	0,3	5,0%	60x40x6
HV: 450±75	0,2	5,0%	60x40x6

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01