

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Вискозиметр ВЗ-4



Вискозиметр ВЗ-4

Вискозиметр ВЗ-4 прибор, применяемый для определения значений относительной условной вязкости лакокрасочных материалов (ЛКМ) и относящихся к ним продуктов. За значение условной вязкости материала принимается время истечения, выраженное в секундах, определенного объема испытываемой жидкости через калибровочное сопло прибора.

Методика контроля:

- с помощью регулировочных ножек прибор устанавливают горизонтально в штативе, под сопло вискозиметра помещают мензурку;
- закрывают выходное отверстие сопла и заполняют резервуар испытываемым материалом;
- открывают выходное отверстие сопла и одновременно с появлением жидкости включают секундомер;
- в момент первого прерывания струи (либо при достижении объема испытываемого материала в мензурке 50 мл при использовании вискозиметра ВЗ-1) секундомер

- останавливают и отсчитывают время истечения;
- испытания повторяют не менее 3 раз.

Стандарт	ГОСТ 9070 ГОСТ 8420
Диаметр сопла, мм	4
Время истечения, с	12-200
Габаритные размеры без штатива (диаметр x высота), мм не более	95x75
Габаритные размеры со штативом (диаметр x высота), мм не более	170x210
Объем тестового резервуара, мл	100 ±1

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01