

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Набор Бресле с пластырями TQC Sheen SP7310, согласно ISO 8502-6



Набор Бресле с пластырями TQC Sheen SP7310, согласно ISO 8502-6

Набор Бресле TQC Sheen SP7310 служит для для оценки уровня растворимых солей на металлических поверхностях перед нанесением защитных покрытий в соответствии со стандартам ISO 8502-6 и ISO 8502-9, в которых описывается метод Bresle для оценки уровня растворимых солей с использованием пластыря Бресле, дистиллированной воды и измерителя проводимости (кондуктометра). Проводимость прямо пропорциональна концентрации растворенных хлорид-ионов в растворе.

В комплект набора входит все необходимое оборудование для проведения испытания, которое покажет загрязнение поверхности растворимыми солями, подвергнутой пескоструйной очистке перед нанесением покрытия.

Использование набора с пластырми Бресле TQC Sheen SP7310 является универсальным методом, который позволяет добраться до самых труднодоступных мест и за считанные минуты определить концентрацию солей на поверхности.

СТАНДАРТ

Набор используется в соответствии с ISO 8502-6, ISO 8502-9, ISO 11127-6, ISO 11127-7

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01