



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Универсальный набор для оценки адгезии / измерения толщины мокрого слоя TQC SP3000



Универсальный набор для оценки адгезии / измерения толщины мокрого слоя TQC SP3000

Тип оборудования: Универсальный набор для оценки адгезии

Производитель: TQC

Модель: TQC SP3000

Гарантия на универсальный набор для оценки адгезии / измерения толщины мокрого слоя TQC SP3000: 12 мес.

Назначение прибора:

Универсальный набор для оценки адгезии / измерения толщины мокрого слоя TQC SP3000 служит для определения адгезии методом поперечных насечек, измерения толщины неотвердевших покрытий, проверки закругления краев и определения розлива ЛКМ.

Простота в использовании и многофункциональность делают незаменимым данный инструмент при работах по нанесению и контролю защитных покрытий.

Стандарты

Универсальный набор для оценки адгезии / измерения толщины мокрого слоя TQC SP3000 может быть использован в соответствии со следующими стандартами ГОСТ 15140, ISO 2808:2007(толщина мокрого слоя), ISO 2409, ASTM D 3359

Технические характеристики

Определение адгезии согласно ISO 2409; ASTM D3359	шаг 1, 1.5, 2, 3 мм
Измерение толщины "мокрого" слоя	от 50 до 160 мкм (шаг 10 мкм)
Радиусы шаблонов при проверке закругления краев	2, 3, 4, 5 мм
Аппликатор для нанесения клинообразного слоя	от 0 до 180 мкм (шаг 20 мкм)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01