

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Поверка измерителя параметров петли



Поверка измерителя параметров петли

Поверка измерителя параметров петли выполняется один раз в год, если прибор внесен в Госреестр СИ и используется в сфере ГРОЕИ. Поверка электроизмерительных приборов включает в себя перечень метрологических процедур, которые позволяют убедиться в соответствии точностных характеристик нормативам государственных стандартов.

Что входит в процедуру поверки.

В ходе метрологической поверки выполняется:

- Внешний осмотр, при котором контролируется сохранность пломбировки, четкость и соответствие маркировки, отсутствие повреждений корпуса и наружных элементов прибора.

- Опробование в рабочем режиме «фаза-нуль», с подключением для контроля работоспособности прибора к сети переменного тока промышленной частоты, при необходимости выполняется корректировка нуля с подключенными кабелями из комплекта прибора.
- Контроль сопротивления изоляции с использованием мегаомметра.
- Проверка соответствия версии программного обеспечения.
- Определение пределов допускаемых погрешностей измерения напряжения переменного тока, активного и реактивного сопротивления переменному току, сопротивления постоянному току.

Как передать прибор в поверку?

- Отправьте заявку на наш e-mail: info@averus-pribor.ru или позвоните по телефону 8-800-551-11-01. Сообщите название организации, реквизиты (для безналичного расчёта), модель и заводской номер прибора,
- Доставьте прибор в наш офис,
- Оплатите услуги,
- Получите прибор и поверительное свидетельство по истечении оговоренного срока поверки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01