

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

DT-6605 - мегаомметр



Характеристики DT-6605

Параметр	Значения
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	
Испытательное напряжение (постоянное)	500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В
Пределы измерений	999 МОм (500 В); 1.99 ГОм (1000 В); 99.9 ГОм (2500 В); 1000 ГОм (5000 В)
Погрешность измерения	$\pm 5\% \pm 3$ е.м.р.; $\pm 20\%$ (>100 ГОм)
Минимальное измеряемое сопротивление	0.1 МОм
Тестовый ток	1,3 мА

НАПРЯЖЕНИЕ (постоянное/переменное)	
Пределы измерений	600 В
Погрешность	$\pm 2\% \pm 3$ е.м.р.
Максимальное разрешение	1 В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Напряжение питания	8 элементов LR14/R14
Габаритные размеры	245x210x94 мм
Масса	2 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01